



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
(ФГУП "РЧЦ УрФО")

ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального
директора ФГУП «РЧЦ УрФО»

С.Н. Карпов

2012 г.

02.08.2012

Екатеринбург



№ 54-3

Способ закупки: запрос котировок цен

1. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Радиочастотный центр Уральского федерального округа» (ФГУП «РЧЦ УрФО»).

Местонахождение Заказчика: 620142, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 51

Почтовый адрес Заказчика: 620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 39, а/я 311

2. Состав комиссии по закупкам

На заседании комиссии по закупкам присутствовали:

Секретарь комиссии – О.С. Киселева – юрисконсульт юридического отдела

Члены комиссии:

С.Н. Карпов – заместитель генерального директора

Е.В. Семенова – главный бухгалтер

Е.Г. Казанцева – и.о. начальника отдела экономики и финансов

А.А. Глухих – начальник отдела капитального строительства

Ю.В. Колягина – заместитель начальника юридического отдела

Присутствуют 6 членов комиссии из 7.

Кворум имеется. Заседание комиссии правомочно.

Секретарь комиссии предложила, в связи с отсутствием на заседании комиссии по закупкам Председателя комиссии по закупкам ФГУП «РЦЦ УрФО» Созонова Сергея Валерьевича, и, руководствуясь п. 2.3 Положения о закупках ФГУП «РЦЦ УрФО», избрать Председателем комиссии по закупкам Семенову Елену Валерьевну.

Голосовали: «за» - единогласно.

3. Место, дата, время рассмотрения и оценки котировочных заявок:

Рассмотрение и оценка котировочных заявок проведены 02 августа 2012 года, с 14 часов 00 минут по 14 часов 15 минут по местному времени по адресу: 620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 51, оф. 406.

4. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте ФГУП «РЦЦ УрФО», <http://www.rfs-rf.ru/urfo/main/index.htm>, 24.07.2012, № 38.

5. **Предмет договора:** Ремонт анализатора спектра Anritsu MS8911B зав.№ 0736093.

6. Наименование, характеристики и объем поставляемых товаров и услуг:

Устранение причин неисправности, в результате которой программное обеспечение анализатора во время работы выдает ошибку Lock Failure 30 (ошибка синхронизации по частоте 30%), система тестирования прибора выдает результат - Overall Status: FAILED (сбой общего состояния), Lock Test: FAILED (сбой автоподстройки).

7. Требования к качеству, техническим характеристикам оказываемых услуг, их безопасности:

Качество и безопасность поставляемых товаров и услуг должно соответствовать техническим нормам и правилам, быть не менее требуемых норм и значений, установленных документацией запроса котировок.

8. Место поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ:

По месту нахождения поставщика услуг

9. Срок оказания услуг:

60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания Договора и/или момента оплаты Заказчиком счета за ремонт и/или доставки Прибора к месту проведения ремонта, в зависимости, что наступит позднее

10. Требования Заказчика:

Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков.

Участник запроса котировок должен соответствовать требованиям, установленным в разделе 10 Положения о закупках ФГУП «РЧЦ УрФО».

Поставляемые запчасти и комплектующие должны быть новыми (не поддержанными и не восстановленными)

11. Начальная (максимальная) цена договора: 123 000 (сто двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.

12. Сведения о включенных в цену оказываемых услуг, расходах:

Цена включает все расходы, связанные с исполнением договора, стоимость запчастей, комплектующих, работ по их замене, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей.

13. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок, котировочные заявки не поступили.

14. В связи с отсутствием котировочных заявок, Комиссия по закупкам приняла следующее решение:

В соответствии с п. 8.7 Положения о закупках ФГУП «РЧЦ УрФО» признать запрос котировок № 38 несостоявшимся.

Голосовали: «за» - единогласно.

15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего запроса котировок.

Председатель комиссии







Секретарь комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

 Е.В. Семенова
 О.С. Киселева
 С.Н. Карпов
 Е.Г. Казанцева
 А.А. Глухих
 Ю.В. Колягина