

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по закупкам
ФГУП "РЧЦ СФО"
С.В. Снопков
« 15 » _____ 2012 г.

ИЗМЕНЕНИЯ
в документацию об открытом конкурсе № 16
от 27.09.2012.

1. Изменения вносятся в приложение №1 к конкурсной документации (технической задание), читать в следующей редакции:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к приобретаемому анализатору спектра
реального времени.

1. Диапазон рабочих частот - от 10 Гц до 30 ГГц.
2. Диапазон рабочих частот встроенного предусилителя - от 9 кГц до 30 ГГц.
3. Полоса ПЧ – не менее 40 МГц.
4. Максимальный уровень входного сигнала не менее: +30 дБм (аттенюатор ≥ 10 дБ).
5. Входной аттенюатор не менее: от 0 дБ до 75 дБ.
6. Типовая погрешность измерения уровня входного сигнала не хуже ± 1.5 дБ.
7. Средний уровень собственных шумов не более -148 дБм (типовое значение).
8. ТОИ не ниже +15 дБм (типовое значение).
9. Наличие возможности сохранения результатов измерений на USB-Flash Memory Card.
10. Наличие функции частотно-временной панорамы, в том числе записи её в течение длительного времени.
11. Габариты не более 415x200x520 мм.
12. Вес не более 15 кг.
13. Потребляемая мощность не более 250 Вт.

2. Изменения вносятся в приложение №2 к конкурсной документации (Приложение №1 к Договору), читать в следующей редакции:

Приложение № 1
к Договору № / от _____ 2012 года

Спецификация оборудования

№ п/п	Наименование	Количество, шт.	Цена с НДС за шт., руб.	Цена с НДС за шт., руб.
1	Анализатор спектра реального времени с	4		

	опциями: - АМ/ЧМ демодулятор звукового контроля; - предусилитель.			
			Итого:	
			В том числе НДС (18%)	

Цена оборудования составляет ___ руб. (_____), в том числе НДС (18%) ___ руб. (_____).

Поставщик:

Покупатель:
