

Приложение № 2
к решению ГКРЧ
от 29 февраля 2016 г.
№ 16-36-03

Активные медицинские имплантанты и связанное с ними дополнительное оборудование

**Основные технические характеристики и условия использования
активных медицинских имплантатов и связанного с ними дополнительного оборудования**

Полосы радиочастот	Технические характеристики			Рабочий цикл	Разнос каналов	Дополнительные условия использования
	Наименование	Значение	Размерность			
9-315 кГц	Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10м	30	дБ (мкА/м)	нет ограничений	нет	нет